Mediland s.r.l.
Sede Amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20020 Arese (MI)
Tel. 02 997708 r.a.
Fax 02 93585618

Sede Legale:
Via Sanvito Silvestro, 60
21100 Varese

Cod. Fisc. e Part. IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. di Varese n. 22059
R.E.A. Varese n. 244354
Reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005457
Cap. Soc. € 62.400,00 i.v.

SCHEDA TECNICA

PASSEGGINO ARMONY

DESCRIZIONE : PASSEGGINO ARMONY

CODICE ISO : **12.27.03.006 - 12.27.03.115 - 12.27.03.118 - 12.27.03.133 - 12.27.03.139 - 12.27.03.142**

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 6233/R**

CODICE PRODOTTO: 855098

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

DESCRIZIONE: Il design semplice, la struttura in lega di alluminio anodizzato, ultraleggero, conferiscono al passeggino Armony una linea elegante ed il comfort ideale per il bambino.
Sedile e schienale in Nylon rinforzato per un adeguato supporto e comfort. Pieghevole per praticità di trasporto.
Tela schienale e sedile sfilabili

DIMENSIONI:

- Profondità sedile regolabile da cm 30,5 a cm 40,5 ogni 2,5 cm
- Larghezza sedile regolabile da cm 30,5 a cm 40,5 ogni 2,5 cm
- Appoggia piedi regolabile da 0° a 45° e da cm 20 a cm 35
- Tela schienale e sedile sfilabili
- Altezza schienale cm 50,8
- Sedile regolabile dal suolo, nella parte posteriore da cm 30,5 a Cm 35,5, grazie alle ruote da 8" (mm 203)
- Sedile regolabile dal suolo, nella parte anteriore da cm 46 a Cm 51, grazie alle ruote da 6"(mm 152)
- Possibilità di regolazione dell'appoggia piedi (dal sedile): da cm20 a cm 35,5
- Ruote anteriori da 6" (mm 152)
- Ruote posteriori da 8" (mm 202)
- Ingombro totale piegato cm 113x32x30
- Peso passeggino kg 9
- Portata massima kg 50

Accessori:

1. Appoggiatesta (cod. **855095**)
2. Cinture di sicurezza – sistema fissaggio tronco (cod. **855094**)
3. Cinture di fissaggio coscia – divaricatore (cod. **855096**)

Forniti di serie

4. Protezione per sole/pioggia (cod.**855094**)
5. Protezioni laterali (cod. **855093**)

Fornibili su richiesta

CONFORMITA' : Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.
Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiate CE.